

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 413 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (znak sprawy: Z/1/PN/18).

W związku z wpływaniem od Wykonawców zapytań
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o doprecyzowanie ogólnych warunków umowy (XVI.) poprzez nadanie pkt. 2.4. następującej treści: „Asortyment znajdujący się w komisie stanowi własność Wykonawcy do czasu jego pobrania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Pobierając przedmiot umowy z depozytu Zamawiający jest zobowiązany dokonać kontroli terminu ważności pobieranego asortymentu. Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu. Zgodnie z zapisem w SIWZ w pkt. XVI. 1.4. termin przydatności do użytku dostarczanych asortymentów nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia każdorazowej dostawy co Zamawiający będzie sprawdzał każdorazowo przyjmując uzupełnienie komisji.

2. Pytanie do zadania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści 4-polowe elektrody ablacyjne bez chłodzenia wraz z kablami kompatybilnymi, cewniki jednokierunkowe o dziewięciu różnych krzywiznach (classic, sigma, full circle; każda dostępna w trzech rozmiarach), w tym trzy generujące pętle 270st (full circle)? Każda elektroda oferowana jest w korzystnej dla pacjenta średnicy 7F. Zamawiający ma do wyboru dwie długości użytkowe dla elektrod 80cm (np. dla dostępu z żyły podobojczykowej) oraz 110cm.

Odp. Nie.

3. Pytanie do zadania 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w punkcie 5 zadania 3 sterowalną elektrodę diagnostyczną o płaskich biegunach? Nasza oferta dotyczy 10-polowej elektrody diagnostycznej dostępnej w dwóch różnych krzywiznach o średnicy 6F oraz 4 różnych spacingach (2, 5, 2-5-2, 2-8-2). Elektroda charakteryzuje się świetną jakością sygnału elektrycznego zarówno wykrywanego jak i używanego w trakcie stymulacji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie zadania 3 w punkcie 5 zaproponowanej elektrody. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu stosowne zmiany należy umieścić w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przesługuje termin składania ofert przetargowych do dnia **09.03.2018 r. do godziny 12:30.**

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień **09.03.2018 r. na godzinę 13:00.**

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie:

X. Opis sposobu przygotowywania oferty:

Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale związane w celu zapobieżenia ich dekompletacji.

Wskazane jest aby pierwszą stroną oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej”

Znak sprawy: Z/1/PN/18

„Nie otwierać przed 09.03.2018 r. godz. 13.00”

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę zawierającą dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), **nie później niż do 09.03.2018 r. godz. 12.30.**

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu **09.03.2018 r. o godz. 13.00.** Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) cen zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w dniu 14.02.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę treści ogłoszenia w powyższym zakresie