

## Wszyscy Wykonawcy

ZP - 731 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego (znak sprawy: Z/5/PN/18).

W związku z wpływaniem od Wykonawców zapytań  
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odp.** Nie.

2. Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 4 i 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych producenta dla parametrów:

ACTH, HE4, a-TSHR, Kwasy żółciowe, HBs Ag, P/c anty HCV, anty HBS, WR – p/c p/Treponema pallidum, toxo IgG, toxo IgM

Uzasadnienie:

Brak możliwości zaoferowania niezależnych, zmianowanych materiałów kontrolnych jak również zwiększenie optymalizacji pracy laboratorium.

**Odp.** Zamawiający dopuści zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych producenta dla parametrów:

ACTH, HE4, a-TSHR, Kwasy żółciowe, HBs Ag, przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HBs, przeciwciała anty-Treponema pallidum, przeciwciała anty-Toxo IgG, przeciwciała anty-Toxo IgM.

3. Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 9. Z uwagi na konieczność zaoferowania dedykowanych materiałów kontrolnych w pozycji nr 9 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie maksymalnej pojemności fiolek do 10 ml?

**Odp.** Zamawiający w poz. 9 zadania 5 wyrazi zgodę na zwiększenie maksymalnej pojemności fiolek do 10 ml.

4. Dotyczy: Zadanie nr 5, Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli w formie ciekłej?

**Odp.** Tak.

5. Dotyczy zadania nr 3:

Prosimy o wyrażenie zgody by etykiety na opakowaniu opisane były w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

6. Dotyczy zadania nr 3:

Prosimy o wyrażenie zgody by na etykiecie opakowania, ze względu na jego ograniczoną powierzchnię nie było zawartych informacji o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami. W celu udzielania takich informacji przesłaliśmy oddzielny dokument.

**Odp. na pytanie 5 i 6.** Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. 2.5. SIWZ na następujący:

**„2.5. Opakowania dostarczanych odczynników muszą być opisane w języku polskim i zawierać w szczególności:**

- nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu,
  - nazwę określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie,
  - nazwę i siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz adres osoby wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu,
  - odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy,
  - informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami,
- lub**

- etykiety na opakowaniu opisane w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.
- informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami sporządzone na oddzielnym dokumencie, który należy dostarczyć wraz z dostawą odczynników.”

7. Dotyczy zadania nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie ile spośród podanych oznaczeń kortyzolu będzie wykonywanych w moczu. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację formularza cenowego w taki sposób by móc wycenić niezależnie odczynniki do oznaczania kortyzolu w surowicy i w moczu.

**Odp.** Ilość oznaczeń kortyzolu w moczu – 1000, ilość oznaczeń kortyzolu w surowicy – 4400. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w taki sposób by móc wycenić niezależnie odczynniki do oznaczania kortyzolu w surowicy i w moczu.

8. Dotyczy zadania nr 3:

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

**Odp.** Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążyowy oraz jako marker chorób trofoblastu i nowotworów produkujących HCG.

9. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:

Par. 1 ust. 1.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odp.** Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. 1.4. na następujący: „1.4. Szkolenie dla 5 osób personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatów w miejscu ich instalacji (dotyczy zadań: 1-4).”

10. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:

Par. 2 ust. 2.2 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odp.** Nie.

11. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:

Par. 2 ust. 2.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „bezwzględnie” sformułowaniem „w ciągu 5 dni roboczych”. Zmiana zapisu będzie sprzyjała jasnemu ukształtowaniu obowiązków stron.

**Odp.** Nie.

12. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:

Par. 2 ust. 2.10, Par. 4 ust. 4.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

**Odp.** Nie.

13. Par. 3 ust. 3.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnej” na „w ramach czynszu dzierżawnego? (w ramach wynagrodzenia)

**Odp.** Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI 3.1. SIWZ na następujący: „**3.1. Wykonawca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do obsługi serwisowej dzierżawionych aparatów w ramach czynszu dzierżawnego.**”

14. Par. 3 ust. 3.2 pkt. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odp.** Nie.

15. Par. 3 ust. 3.2 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

**Odp.** Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. XVI 3.2. pkt. 3 o treści: „wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad – w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej.” **na następujący: „wymianę podzespołu (elementu) na nowy, wolny od wad – w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej tego samego podzespołu (elementu), w przypadku, gdy brak jest możliwości wymiany danego podzespołu (elementu) całe urządzenie podlega wymianie.”**

16. Par. 4 ust. 4.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

**Odp.** Nie.

17. Par. 5 ust. 5.1 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

18. Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający - jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odp.** Zamawiający - jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

19. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby chłodzone dodatkowe karuzele na kalibratory, kontrole i próbki Cito w analizatorze głównym i backup pracowały niezależnie i pozaosiowo od rotora odczynnikowego i próbkowego? ( Załącznik nr 2 do siwz – Opis Techniczny, pozycja nr 10 )

**Odp.** Zamawiający zgodnie z zapisami w pkt. 10 i 11 Załącznika nr 2 do SIWZ wymaga, aby analizatory były wyposażone w dodatkowe chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito tzn., aby pracowały niezależnie i pozaosiowo od rotora do odczynników i od rotora do próbek.

20. Dotyczy zadania nr 1

Czy do podanej przewidywanej ilości oznaczeń w Zadaniu nr 1 należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę? Jeśli tak to prosimy o podanie harmonogramu kontroli – ile razy w tygodniu będą wykonywane i czy z tą samą częstotliwością dla wszystkich testów także tych, które nie będą wykonywane codziennie.

**Odp.** Zamawiający do przewidywanej ilości oznaczeń doliczył testy na kalibrację i kontrolę.

21. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i analizator w zadaniu nr 1 stanowiły spójny system analityczny i były produkowane przez tego samego producenta?

**Odp.** Zamawiający wymaga, aby oferowane w zadaniu nr 1 odczynniki i analizator stanowiły spójny system analityczny i były produkowane przez tego samego producenta. Zamawiający dopuszcza zaofertowane maksimum 4 odczynników dla parametrów wykonywanych w mniejszych ilościach od innego producenta niż oferowane analizatory, pod warunkiem, że ich jakość można zweryfikować w kontrolach zewnętrznych laboratoryjnych.

22. Dotyczy zadania nr 1

Czy w związku z zapisem w punkcie 16 Załącznika nr 2, w Zadaniu nr 1 „System ciągłego dostawiania próbek badanych” Zamawiający wymaga, aby oba analizatory wyposażone były w podajniki próbek umożliwiające ciągłe dostawianie próbek do analizatorów w statywach?

**Odp.** Tak, „System ciągłego dostawiania próbek badanych” w pkt. 16 Załącznika nr 2 do SIWZ to wg Zamawiającego podajniki umożliwiające ciągłe dostawianie próbek do analizatorów w statywach.

23. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaofertować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Zgoda na w/w rozwiązanie pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie odczynników.

**Odp.** Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaofertować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze.

24. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie 3 odczynników (CK, UIBC, lipaza), które przed wstawieniem na pokład analizatora wymagają połączenia dwóch części składowych?

**Odp.** Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie odczynników do oznaczania CK, UIBC i lipazy, które przed wstawieniem na pokład analizatora wymagają połączenia dwóch części składowych

25. Dotyczy zadania nr 1

Czy w związku z zapisem „Analizator główny i backup wyposażony w dodatkowe, chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito z możliwością identyfikacji kodów kreskowych” Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory były wyposażone w dodatkowe, chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito z możliwością identyfikowania tych wszystkich próbek za pomocą kodów kreskowych?

**Odp.** Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory były wyposażone w dodatkowe, chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito z możliwością identyfikowania tych wszystkich próbek za pomocą kodów kreskowych.

26. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby każdy z analizatorów biochemicznych posiadał przystawkę ISE o wydajności minimum 350 oznaczeń/h?

**Odp.** Zamawiający wymaga, aby każdy z analizatorów biochemicznych posiadał przystawkę ISE o wydajności minimum 350 oznaczeń/h.

27. Dotyczy zadania nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody.?

**Odp.** Jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej i płyny niezbędne do wykonania tych czynności będą dostarczane przez serwis to nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. W takim przypadku należy wpisać do formularza cenowego powyższą informację.

28. Dotyczy zadania nr 1

Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru z zaleceniem wymiany po okresie gwarancji, a jej wymiana w procedurach konserwacyjnych zalecana jest „co roku lub w razie potrzeby” można w postępowaniu przetargowym zaoferować ilość lamp fotometru kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniami producenta?

**Odp.** Tak.

29. SIWZ XVI – Ogólne warunki umowy

3.2 tiret 1 i 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

**Odp.** Nie.

30. SIWZ XVI – Ogólne warunki umowy

3.2 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie postanowienia umownego w następujący sposób: „wymianę urządzenia na inne, wolne od wad o tożsamy parametrach – w przypadku powtarzających się awarii tego samego podzespołu wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej.”

**Odp.** Nie.

31. Dotyczy zadania nr 3:

Prosimy o podanie numerów wymaganej kontroli międzynarodowej Randox.

**Odp.** Numery wymaganej kontroli międzynarodowej Randox:

- RQ 9130 Immunologia miesięczna 55 parametrów
- RQ 9141 Immunologia ozn. spec. I 10 parametrów
- RQ 9137 Matczyne testy przesiewowe 6 parametrów.

32. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:

Dotyczy punktu 1.5. Prosimy o wyjaśnienie czy cała treść punktu dotyczy jedynie pakietu 5?

**Odp.** Pkt. XVI. 1.5. SIWZ dotyczy zadania 5.

33. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:

Prosimy o zmianę słowa „bezpłatnie” na zwrot „w ramach wynagrodzenia umownego”.

**Odp.** Patrz odpowiedź na pytanie 13.

34. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję należności? Jeżeli tak, prosimy o zmianę odpowiedniego zapisu w treści umowy.

**Odp.** Nie.

35. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odp.** Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

36. Dotyczy punktu 2.7: Prosimy o wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji - w przyjętej formie reklamacje są uznawane automatycznie, co może prowadzić do nadużyć tej instytucji.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

37. Dotyczy punktu 3.2: Prosimy o zmianę treści na „urządzenie zastępcze w okresie napraw przekraczających 21 dni”. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy Wykonawca zobowiązuje się w terminie 21 dni dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i nie gorszych parametrach technicznych w celu umożliwienia Zamawiającemu dalszej bieżącej eksploatacji w czasie naprawy. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów badań zleconych innym podmiotom do czasu dostawy urządzenia zastępczego lub do czasu uruchomienia naprawionego Analizatora w siedzibie Zamawiającego.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

38. Prosimy o dodanie punktu 3.4 i kolejnych, o następującej treści:

„Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób odpowiadający jego właściwościom, zgodnie z wymaganiami prawidłowej / należytej eksploatacji, instrukcją obsługi oraz w miejscu zainstalowania, z zastosowaniem jedynie odczynników dostarczonych przez Wykonawcę. Zmiana miejsca instalacji i korzystania z aparatu może być dokonana jedynie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Wykonawcy. Zamawiający nie ma prawa oddawać aparatu do używania przez podmiot trzeci, czy to odpłatnego czy to nieodpłatnego.”

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw, przeróbek ani modyfikacji aparatu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu aparatu. Obowiązek niezwłocznego powiadomienia dotyczy odpowiednio sytuacji, kiedy aparat zostanie zniszczony lub utracony.

Za naprawy nie objęte usługami serwisowymi, Wykonawca obciąży kosztami Zamawiającego. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawca uzyska dostęp do aparatu w terminach wcześniej przez Strony uzgodnionych.

W ramach usług serwisowych Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich koniecznych napraw aparatu, z wyjątkiem awarii / uszkodzeń lub wywołanych nimi wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, lub z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoby trzecie, takich jak np.: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcją obsługi, zmiana warunków instalacji aparatu wbrew zaleceniom, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, samowolne naprawy, przeróbki, modyfikacje.

Zakresem usług serwisowych nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej. Zakresem usług serwisowych nie są również objęte naprawy oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych w przypadku użycia akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub użycia odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zapisów.

39. Dotyczy punktu 5: Prosimy o dodanie treści:

„Wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto.”

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

40. Dotyczy punktu 5: Prosimy o dodanie akapitu o treści:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

41. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 2.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczane odczynniki zawierały na opakowaniach wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje w języku polskim lub informacje te były wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

Jeżeli tak, prosimy również o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia warunków umowy.

**Odp.** Patrz odpowiedź na pytanie 5 i 6.

42. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 2.6: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia warunków umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponadto wytwórca odpadu zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym sędowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.

**Odp.** Zamawiający wykreśla z SIWZ punkt XVI 2.6. o treści: „**2.6. Wykonawca systematycznie będzie odbierał na swój koszt opakowania po odczynnikach zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne.**”

43. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 2.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „wadliwy towar na pełnowartościowy” wyrażenia „w przypadku uznania reklamacji za zasadną”?

Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek uznania tylko uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

44. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 2.10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt. XVI. 2.10.

45. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 3.2 tiret trzeci: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po zwrocie „(...) trzykrotnej interwencji serwisowej” zapisu w brzmieniu: „dotyczącej określonego elementu lub podzespołu”.

**Odp.** Patrz odpowiedź na pytanie 15.

46. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 4.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację sposobu rozliczania za dostawy towaru, gdyż ze względów technicznych i księgowych po stronie Wykonawcy nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych? Jeżeli tak prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę towaru” wyrażeniem „na podstawie faktury wystawianej po każdorazowo zrealizowanej dostawie, płatna przelewem z terminem płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

**Odp.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

47. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 4.3: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczany dokument WZ nie zawierał cen dostarczonego asortymentu?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe w szczególności ceny dostarczanego asortymentu umieszczane są jedynie na fakturach wysyłanych po zrealizowaniu dostawy.

**Odp.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

48. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 4.5: Prosimy o uzupełnienie zdania pierwszego ww. postanowienia doprecyzując rodzaj odsetek ustawowych, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

**Odp.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

49. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 4.5: Prosimy o uzupełnienie zdania drugiego poprzez dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni, wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Odp.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

50. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 5.1 tiret pierwszy: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty”.

**Odp.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

51. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w pkt. 7 warunków umowy”.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt. XVI 5.

52. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Pkt. 8: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

**Odp.** Osoba wskazana do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego nie będzie osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Zamówienia składać będą pracownicy Laboratorium Analitycznego Zamawiającego.

53. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie warunków umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do



przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

- ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
- przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
- zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
- zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.