

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 1305 / 19

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek oraz zestawów wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy (znak sprawy: Z/32/PN/19).

W związku z wpływieniem zapytania od jednego z Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy pozycji nr 1

Czy zamawiający dopuści soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia od 1-2% oraz z filtrami UV z jednorazowym kartridżem do implantacji (jednorazowy kartridż nie wymagający zwijania soczewki podczas ładowania)

długość całkowita 12,5 mm

wymagany zakres mocy +6D do +34 D

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Nie.