

Do wszystkich Wykonawców

ZP-22/21

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii (znak sprawy: Z/72/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „*dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii*” (znak sprawy: Z/72/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy Zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści implant o następujących parametrach:

Ruchoma proteza szyjna międzytrzonowa, budowa modułarna trójelementowa: płytki graniczne (Co Cr) oraz ruchoma we wszystkich kierunkach utwardzona polietylenowa wkładka (UHMWPE), wysokość implantu 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm i 12mm, implanty dostępne w szerokościach 12mm, 14mm, 16mm, 18mm oraz głębokościach 11mm, 13mm, 14mm, 15mm, górna i dolna powierzchnia implantu pokryta piramidalnymi zębami kotwiczącymi implant w blaszkach granicznych trzonu, zewnętrzne powierzchnie protezy napyłone tytanem?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowany asortyment. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych zmian na formularz cenowy zadania 4.

Zapytanie nr 2:

Faktury

Czy wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF)? W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF). Adres e-mail zostanie ustalony z osobą odpowiedzialną za realizację umowy.

Zamawiający jest w trakcie opracowywania pozostałych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które niebawem zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.bieganski.org

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia **14.01.2021 r. do godziny 12:30.**

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień **14.01.2021 r. na godzinę 13:00.**

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii (znak sprawy: Z/72/PN/20)*:

1) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony – dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii

oraz

Znak sprawy: Z/72/PN/20

„Nie otwierać przed 14.01.2021 r. godz. 13.00”.

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu

nazwę Wykonawcy

i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu.

- 2) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

„Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), **nie później niż do 14.01.2021 r. do godz. 12.30.**”

- 3) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA** wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

„Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień Publicznych **w dniu 14.01.2021 r. o godz. 13.00.** Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.”

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.