

**Do wszystkich Wykonawców**

ZP-31/21

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii (znak sprawy: Z/72/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „*dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii*” (znak sprawy: Z/72/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

**Zapytanie nr 1:**

Dotyczy zadanie 4 – Ruchoma proteza szyjna międzytrzonowa

Czy Zamawiający dopuści protezę dysku szyjnego o następujących parametrach :

Implant w pełni metalowy pokryty hydroksyapatytem, jednoelementowy. Kolczysta powierzchnia zapewniająca wysoka pierwotną stabilność i eliminująca konieczność wykonywania w sąsiadujących trzonach dodatkowych mocowań. Implant odzwierciedlający ruchy biomechaniczne dysku, możliwa naturalna kombinacja ruchów obrotowych i postępowych. Implant w trzech wysokościach 5,6 lub 7 mm i wymiarach 15 x 13; 17 x 13, 17 x 15 oraz 19 x 15 mm ?

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowany asortyment. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych zmian na formularz cenowy zadania 4.