

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 1371 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz asortymentów do krioablacji wraz z użyczeniem krikonsoli dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (znak sprawy: Z/17/PN/18).

W związku z wpływieniem od Wykonawcy zapytania
Zamawiający niniejszym udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy zadania 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 19 zadania 4 formularza cenowego koszulek do implantacji elektrod z zakrzywioną końcówką i poszerzadłem Van Andel o długości 24 cm oraz z prostą końcówką i poszerzadłem Van Andel o długości 30 i 47 cm. Prośba wynika zew zmian wprowadzonych przez producenta. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami siwz.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania dopuszczonych koszulek stosowne zmiany należy umieścić w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że w dniu 14.05.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę treści ogłoszenia nr 2018/S 077-172804 w zakresie pkt. III. 2.1).