

Grudziądz, dnia 22.06.2021 r.

**Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
88-300 Grudziądz
NIP 876-20-08-352, Regon 870298738**

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Dostawa urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej.”

Informuję, że w zapytaniu ofertowym pn.: „Dostawa urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej.” wpłynęły zapytania o następującej treści:

Zapytanie

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej o niżej podanych parametrach?

Pkt. I. 4 Aparatu w którym alarmy są w postaci dźwiękowej i mają czytelny komunikat w języku angielskim. Urządzenie posiada bardzo intuicyjny ekran dotykowy, który zapewnia bardzo łatwe nie skompilowane poruszanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami ustawianych parametrów
Pkt. I.12 Aparatu z przepływem gazów z prędkością aż do 80 l/min – szerszy zakres przepływu pozwala na uzyskanie większego terapeutycznego ciśnienia dynamicznego.

Pkt. I.13 Aparatu o wymiarach urządzenia : 358 mm x 197 mm x 165

Pkt.II.1-3 Aparatu sterylizowanego za pomocą gneratora ozonu. Sterylizacja urządzenia za pomocą generatora ozonu, 30 minut ozonowania w obiegu zamkniętym w stosunku do konkurencji skutecznie eliminuje wirusy co w dobie COVID 19 stanowi najlepszą obronę przed zakażeniem.

Pkt. VIII. 1 Aparatu do terapii HFNC z wbudowany mikser gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie 21% - 100%, bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenu.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu o podanych powyżej parametrach, gdyż jest to aparat nie spełniający podstawowych wymogów zawartych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Mariusz Fiodor